

AED（自動体外式除細動器）の自主改修に関わるお知らせ

2009年11月20日
セントラル警備保障株式会社

いつも弊社製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。

さて、今般弊社が取り扱っております AED の製造販売業者である日本光電工業株式会社より、非常に低い確率ではありますが、機器の不具合が起きた際にセルフテストで発見できないケースがあるため、セルフテストの機能を改善したソフトウェアに変更（改修）するとの報告を受けました。

【対象製品】

- 1 AED9200
- 2 AED9231
- 2 AED1200

【日本光電株式会社のホームページに掲載されているお客様へのご案内】

<http://www.nihonkohden.co.jp/news/09112001.html>

お客様にはご心配をおかけし大変申し訳ございません。お客様には個別に改修のご連絡を差し上げておりますので、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

以上

【本件に関する弊社お問い合わせ窓口】

セントラル警備保障株式会社
営業本部 営業統括部

TEL : 03-3344-8742